

標準分流器，分流器の JCSS 校正

校正結果は，ILAC/APLAC の MRA（相互承認）を通じて，国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準分流器



■ 主な定格・仕様

定格	端子構造
0.001 Ω, 0.01 Ω, 0.1 Ω	4 端子

■ 校正範囲及び不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
100 A 以下 1 A 以上	70 ppm
1 000 A 以下 100 A 超	95 ppm

端子構造によって，校正できない場合があります。

■ 校正手数料

例 標準分流器 100 A の場合

基本料金	10,000 円	
点数料金	2,000 円	(2,000 円×1 点)
合計	12,000 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 関西支社 標準課

〒531-0077 大阪府北区大淀北一丁目 6 番 110 号

TEL : 06-6451-2356 FAX : 06-6451-2360

E-Mail : kousei-osk@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>