

交流分流器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

交流分流器



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
3 000 A 以下 50 A 以上 (周波数 50 Hz 及び 60 Hz)	0.4 %

出力電圧の最小は、10 mV です。
端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 校正点が交流電流 1 000 A 1 点の場合

基本料金	47,000 円	
点数料金	7,000 円	(7,000 円 × 1 点)
合計	54,000 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>