

標準抵抗器, 抵抗器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準抵抗器、抵抗器



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

固定抵抗器	
校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
1 TΩ	0.5 %
100 GΩ	50 ppm
10 GΩ	20 ppm
1 GΩ	10 ppm
100 MΩ	6 ppm
10 MΩ	4.2 ppm
1 MΩ	1.7 ppm
100 kΩ	1.5 ppm
10 kΩ	0.6 ppm
1 kΩ	1.0 ppm
100 Ω	0.5 ppm
10 Ω	0.8 ppm
1 Ω	0.3 ppm
100 mΩ	0.9 ppm
10 mΩ	1.8 ppm
1 mΩ	3.1 ppm

端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 100 Ω (区分C) の場合
料金 19,000 円 (校正証明書を含む。税別)

※区分により料金は異なります。校正点の区分については、下記連絡先までご連絡ください。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <http://www.jemic.go.jp>