

指示電気計器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLAC の MRA（相互承認）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

指示電気計器

電圧、電流の電気量を指針で表示する測定器です。



■ 校正範囲及び不確かさ

測定量	校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
直流電圧	1 000 V 以下 5 mV 以上	2 V 以下 0.10 mV 以上
直流電流	30 A 以下 10 μ A 以上	0.06 A 以下 0.08 μ A 以上
交流電圧	750 V 以下 1 V 以上 周波数：50 Hz、60 Hz	1.5 V 以下 0.03 V 以上
交流電流	50 A 以下 10 mA 以上 周波数：50 Hz、60 Hz	0.15 A 以下 0.05 mA 以上

■ 校正手数料

例 定格 100 V、30 V、10 V、3 V、レンジ数 4 校正点 6 点をセット校正で行う場合
料金 6,500 円（校正証明書を含む。税別）

セット校正でない場合は、基本料金 2,900 円、点数料金 700 円（1 点）となります。



日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原二丁目 1 番 40 号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>