

絶縁抵抗計の JCSS 校正

JCSS 校正証明書は、IATF 16949 (ISO/TS 16949)、UL 規格及び各種安全規格に対応できます。
校正結果は、ILAC/APLAC の MRA (相互承認) を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

絶縁抵抗計 (指針形、デジタル形)
※電池式が対象になります。
(発電式・エリミネータ式は対象外です。)

■ 主な定格

1 000 V / 2 000 MΩ
500 V / 1 000 MΩ
500 V / 100 MΩ
250 V / 50 MΩ
250 V / 20 MΩ
125 V / 20 MΩ

絶縁抵抗計は、電気機器や
電気設備・回路の保安全管理
上、重要な測定器です



■ 校正範囲及び不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
デジタル計器 2 000 MΩ~0.01 MΩ	1 % ~ 20 %
アナログ計器 2 000 MΩ~0.01 MΩ	2 % ~ 4 %

■ 校正手数料

例 定格 500 V / 100 MΩ、校正点 3点をセット校正で行う場合
料金 4,500 円 (校正証明書を含む。税別)
セット校正でない場合は、基本料金 2,900 円、点数料金 700 円 (1点) となります。



日本電気計器検定所 中部支社 標準課

〒487-0014 愛知県春日井市気噴町三丁目 5 番地 7

TEL : 0568-53-6336 FAX : 0568-53-6337

E-Mail : kousei-ngy@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>