



日本初！アース導通テストのJCSS校正



校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

保護導通試験器、アース導通試験器等 デジタル形のアース導通テストに対応



画像提供：日置電機 ㈱



画像提供：菊水電子工業 ㈱

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
抵抗測定側	0.001 Ω 以上 2 Ω 以下 50 Hz、60 Hz	0.5 % + 0.001 Ω
電流出力側	3 A以上 60 A以下 50 Hz、60 Hz	0.4 %

条件によっては、対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
アナログ形のアース導通テストは一般校正となります。

■ 校正手数料

例 0.1 Ω 、25 A 校正点 各1点の場合

基本料金	10,000 円	
点数料金	1,800 円	(抵抗測定側 1,800 円×1点)
点数料金	700 円	(電流出力側 700 円×1点)
合計	12,500 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 中部支社 標準課

〒487-0014 愛知県春日井市気噴町三丁目5番地7

TEL : 0568-53-6336 FAX : 0568-53-6337

E-Mail : kousei-ngy@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>