

電力変換器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLAC の MRA（相互承認）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

電力変換器



■ 校正範囲

校正範囲			校正の不確かさ ($k=2$)
電圧 周波数	電流	力率	
300 V 60 Hz 250 V 50 Hz 150 V 50 Hz, 60 Hz 75 V 50 Hz, 60 Hz	20 A, 10 A, 2 A, 1 A, 0.5 A	1 0 遅れ	0.05 %
	5 A	1 0.866 遅れ, 0.866 進み 0.5 遅れ, 0.5 進み 0.2 遅れ, 0.2 進み 0 遅れ, 0 進み	
	4 A, 3 A	1	
100 V 50 Hz, 60 Hz	20 A, 10 A, 2 A, 1 A, 0.5 A	1 0 遅れ	0.04 %
	5 A	1 0.866 遅れ, 0.866 進み 0.5 遅れ, 0.5 進み 0.2 遅れ, 0.2 進み 0 遅れ, 0 進み	
	4 A, 3 A	1	

■ 校正手数料

例 校正点 1 点の場合

基本料金	20,000 円	
点数料金	6,300 円	(6,300 円 × 1 点)
合計	26,300 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 関西支社 標準課

〒531-0077 大阪府北区大淀北一丁目 6 番 110 号

TEL : 06-6451-2356 FAX : 06-6451-2360

E-Mail : kousei-osk@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>