

電力発生装置の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

電力発生装置



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲		校正の不確かさ ($k = 2$)		
電力 発生装置	50 V 以上、100 V 以下 2.5 A 以上、5 A 以下 45 Hz 以上、65 Hz 以下 力率 全範囲	100 V、5 A 50 Hz、60 Hz	力率 1	0.06 mW/VA
			力率 0.5 遅れ、進み	0.06 mW/VA
			力率 0 遅れ、進み	0.06 mW/VA

条件によっては、対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 電力測定装置（電力量積算）、単相2線式の場合

基本料金	14,000 円	
点数料金	3,600 円	(3,600 円×1点)
合計	17,600 円	(校正証明書を含む。税別)

※相線式、校正品の階級により料金は異なります。校正点については、下記連絡先までご連絡ください。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>