

標準磁石のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準磁石



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
直流磁束密度 2.5 T 以下 0.5 mT 以上※1	0.07 %※2

※1 本体形状等によって、校正できない校正範囲を含む場合があります。

※2 校正の不確かさは、校正範囲内における一例を記載しています。

■ 校正手数料

例 100 mT（区分B）の場合

料金 36,000 円 （校正証明書を含む。税別）

※区分により不確かさ及び料金は異なります。校正点の区分については、下記連絡先までお問い合わせください。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>