

# サーモグラフィの校正

## ■ 対象測定器

### サーモグラフィ 熱画像装置



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
- 30 °C 以上 50 °C 以下	2.0 °C
50 °C 超過 400 °C 以下	5.0 °C

ディスプレイに温度表示されているものに限ります。  
 サーモグラフィの仕様によっては、校正できない場合があります。  
 お問い合わせの際は、サーモグラフィの仕様(測定波長、検出器の種類、測定距離と標的サイズ等)をお知らせください。  
 校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 60 °C 校正点1点の場合

基本料金	20,000 円	
点数料金	7,000 円	(7,000 円 × 1 点)
<b>合計</b>	<b>27,000 円</b>	<b>(校正証明書を含む。税別)</b>