

# 熱電対の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器


貴金属熱電対 R熱電対、S熱電対、B熱電対（定点校正、比較校正）  
 卑金属熱電対 N熱電対、K熱電対、E熱電対、J熱電対、T熱電対（比較校正）

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
定点校正 (貴金属熱電対)  ※0℃の校正においては 卑金属熱電対も可能です	インジウム点	0.10℃
	スズ点	0.10℃
	亜鉛点	0.15℃
	アルミニウム点	0.15℃
	銀点	0.25℃
	銅点	0.25℃
	パラジウム点	1.0℃
比較校正	0℃以上 1554℃以下	0.2℃～1.8℃

熱電対の形状や種類によっては、校正できない場合があります。  
 お問い合わせの際は、熱電対の種類、校正温度、形状（線径又は外径、長さ等）についてお知らせください。  
 なお、定点校正の場合は、以下の条件が必要となります。

### 【例】 定点校正における熱電対の組立の例



※1 絶縁管は単一長であること      ※2 絶縁管全長+200 mm以上、3000 mm以下  
 ただし、パラジウム点の場合は1000 mm以上、3000 mm以下

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 R熱電対比較校正 校正点1点の場合 (1 100℃以下)

基本料金	31,000 円	
点数料金	3,600 円	(3,600 円×1点)
<b>合計</b>	<b>34,600 円</b>	<b>(校正証明書を含む。税別)</b>



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : http://www.jemic.go.jp