

# 露点計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

### 露点計



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
光学式露点計	露点 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 未満	露点 $0.26\text{ }^{\circ}\text{C}$
	露点 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下	露点 $0.24\text{ }^{\circ}\text{C}$
静電容量式露点計	露点 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 未満	露点 $0.28\text{ }^{\circ}\text{C}$
	露点 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下	露点 $0.27\text{ }^{\circ}\text{C}$
電子式湿度計	露点 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上 $21.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下	露点 $0.30\text{ }^{\circ}\text{C}$

端子構造によって、校正できない場合があります。  
湿度表示及び温度表示の校正につきましては、別途ご相談ください。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 露点計 1個の場合

セット校正 90,500 円 （校正証明書を含む。税別）

セット校正以外の校正点は、点数料金 19,000円（1点）となります。



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>