

# 電子式湿度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

電子式湿度計



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
校正温度 23 °Cにおいて	相対湿度 10 %以上 30 %以下	相対湿度 0.6 %
	相対湿度 30 %超 60 %以下	相対湿度 1.2 %
	相対湿度 60 %超 90 %以下	相対湿度 1.6 %

端子構造によって、校正できない場合があります。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 電子式湿度計 1個 の場合

料 金 19,100 円 （校正証明書を含む。税別）

セット校正以外の校正点は、点数料金湿度4,800円（1点）となります。



**日本電気計器検定所** 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>