

# 電子式湿度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

電子式湿度計



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲		校正の不確かさ ( $k = 2$ )
校正温度 5 °C以上85 °C以下 において	相対湿度 10 %以上 50 %以下	相対湿度 0.8 %
	相対湿度 50 %超 90 %以下	相対湿度 1.2 %

\*ただし、露点-10 °C以上の相対湿度

端子構造によって、校正できない場合があります。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しているため、  
校正温度によって異なる場合があります。

## ■ 校正手数料

例 電子式湿度計 1個 の場合

セット校正 (23 °Cまたは25 °Cの温度 1点における相対湿度30 %、50 %、80 %の3点)

料 金 19,100 円 (校正証明書を含む。税別)

セット校正以外の校正点は、点数料金湿度4,800円(1点)となります。  
校正温度によって、料金及び点数料金が異なります。