

デジタル温湿度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

デジタル温湿度計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲		校正の不確かさ ($k = 2$)
温度	温度 0 °C, 5 °C以上 50 °C以下		温度 0.20 °C
	温度 50 °C超 85 °C 以下		温度 0.30 °C
湿度	校正温度 5 °C以上85 °C以下 において	相対湿度 10 %以上 50 %以下	相対湿度 0.8 %
		相対湿度 50 %超 90 %以下	相対湿度 1.2 %

*ただし、露点-10 °C以上の相対湿度

構造によって、校正できない場合があります。

露点表示の校正につきましては、別途ご相談ください。

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しているため、湿度の校正の不確かさは、校正温度によって異なる場合があります。

■ 校正手数料

例 デジタル温湿度計 1個の場合

セット校正 (23 °Cまたは25 °Cの温度1点における相対湿度30 %、50 %、80 %の3点)

料 金 19,100 円 (校正証明書を含む。税別)

セット校正以外の校正点は、点数料金 湿度4,800円 (1点)、温度3,500円 (1点) となります。
校正温度によって、料金及び点数料金が異なります。