

デジタル温湿度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

デジタル温湿度計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)	
温度	温度 0 °C, 5 °C以上 50 °C以下	温度 0.20 °C	
	温度 50 °C超 80 °C以下	温度 0.30 °C	
湿度	校正温度 23 °Cにおいて	相対湿度 10 %以上 30 %以下	相対湿度 0.6 %
		相対湿度 30 %超 60 %以下	相対湿度 1.2 %
		相対湿度 60 %超 90 %以下	相対湿度 1.6 %

構造によって、校正できない場合があります。
露点表示の校正につきましては、別途ご相談ください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 デジタル温湿度計 1個の場合（温度1点、相対湿度3点）

セット料金 19,100 円 （校正証明書を含む。税別）

セット校正以外の校正点は、点数料金 湿度4,800円（1点）、温度3500円（1点）となります。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>