

ダイヤルゲージ類の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ダイヤルゲージ類



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類		校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
ダイヤルゲージ デジタルインジケータ	恒久的施設で行う校正	5 mm 以下	0.8 μ m
		5 mm 超 25.4 mm 以下	2 μ m
		25.4 mm 超 100 mm 以下	4 μ m
	巡回校正（出張校正）	25 mm 以下	3 μ m
てこ式ダイヤルゲージ	恒久的施設で行う校正	0.14 mm 以下	0.8 μ m
		0.14 mm 超 0.8 mm 以下	2 μ m
	巡回校正（出張校正）	0.8 mm 以下	3 μ m

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 ダイヤルゲージ（25 mm以下） 1個 の場合（セット校正）

料 金 2,800 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : http://www.jemic.go.jp