

ダイヤルゲージ類の JCSS 校正等

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ダイヤルゲージ類



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

| 種類 | 校正場所 | 校正の種類 | 校正範囲 | 校正の不確かさ ($k = 2$) |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------|------------------------|
| ダイヤルゲージ デジタルイン ジケータ | 恒久的施設で 行う校正 | JCSS校正 | 5 mm 以下 | 0.8 μm |
| | | | 5 mm 超 25.4 mm 以下 | 2 μm |
| | | | 25.4 mm 超 100 mm 以下 | 4 μm |
| | 巡回校正 (出張校正) | JCSS校正 | 25 mm 以下 | 3 μm |
| てこ式ダイヤル ゲージ | 恒久的施設で 行う校正 | JCSS校正 | 0.14 mm 以下 | 0.8 μm |
| | | | 0.14 mm 超 0.8 mm 以下 | 2 μm |
| | | 一般校正 | 0.8 mm 超 1.6 mm 以下 | 2 μm |
| | 巡回校正 (出張校正) | JCSS校正 | 0.8 mm 以下 | 3 μm |
| | | 一般校正 | 0.8 mm 超 1.6 mm 以下 | 3 μm |

端子構造によって、校正できない場合があります。

巡回校正（出張校正）もご対応しております。

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 ダイヤルゲージ（25 mm以下） 1個 の場合（セット校正）
料 金 2,800 円 （校正証明書を含む。税別）