

# 分銅・おもりの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

分銅



おもり



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

### ■ 分銅

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
1 mg	0.004 mg	10 g	0.030 mg
2 mg	0.004 mg	20 g	0.037 mg
5 mg	0.004 mg	50 g	0.047 mg
10 mg	0.004 mg	100 g	0.076 mg
20 mg	0.005 mg	200 g	0.16 mg
50 mg	0.006 mg	500 g	0.42 mg
100 mg	0.007 mg	1 kg	0.80 mg
200 mg	0.009 mg	2 kg	1.6 mg
500 mg	0.011 mg	5 kg	4.2 mg
1 g	0.015 mg	10 kg	8.0 mg
2 g	0.018 mg	20 kg	16 mg

### ■ おもり

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
1 g 以上 20 g 未満	0.18 mg
20 g 以上 50 g 未満	0.25 mg
50 g 以上 100 g 未満	0.30 mg
100 g 以上 200 g 未満	0.47 mg
200 g 以上 500 g 未満	1.3 mg
500 g 以上 1 kg 未満	2.3 mg
1 kg 以上 2 kg 未満	4.6 mg
2 kg 以上 5 kg 未満	13 mg
5 kg 以上 10 kg 未満	24 mg
10 kg 以上 20 kg 未満	46 mg
20 kg 以上 25 kg 以下	59 mg

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 分銅 1個 (M<sub>1</sub>級 10 kg) の場合  
 料 金 5,700 円 (校正証明書を含む。税別)  
 ※ 校正範囲及び等級等によって手数料は異なります。



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>