

トルクレンチの校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

トルクレンチ



画像提供：㈱東日製作所

■ 校正範囲及び不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
恒久的施設で行う校正	2 cN・m 以上 500 N・m 以下	2.0 %
巡回校正 (出張校正)	2 cN・m 以上 200 N・m 以下	2.0 %

構造によっては、校正できない場合があります。
巡回校正 (出張校正) もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 トルクレンチ 1個 の場合 (セット校正)

料 金 5,800 円 (校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>