

# ストップウォッチのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

### ストップウォッチ



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

オススメ!  
高精度でお得  
4,500円!

校正範囲		校正の不確かさ ( $k = 2$ )
歩度 (一日当たりのずれ※)		0.006 s
時間間隔 (押しボタンのオン・オフ時間)	1 s 以上 3 600 s 以下 (600 s以上は要相談)	0.09 s

※ 一般的に時計の精度は、歩度(日差)であらわされます。歩度とは、24時間測定のずれを表しています。

## ■ 校正手数料

例 歩度（一日当たりのずれ）による校正の場合

校正手数料 4,500 円 （校正証明書を含む。税別）



**日本電気計器検定所** 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>