



ミリセコンドカウンタのJCSS校正



校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ミリセコンドカウンタ



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
10 s 以上 60 s 以下	0.001 s
100 ms 以上 10 s 以下	0.000 1 s

※ 60 s 超過の校正は、一般校正となります。

■ 校正手数料

例 60 s 校正点 1 点の場合

基本料金	7,200 円	
点数料金	1,400 円	
<hr/>		
合計	8,600 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 中部支社 標準課

〒487-0014 愛知県春日井市気噴町三丁目5番地7

TEL : 0568-53-6336 FAX : 0568-53-6337

E-Mail : kousei-ngy@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>