

ミリセコンドカウンタのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ミリセコンドカウンタ



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
10 s 超 60 s 以下	0.09 s
10 s	0.003 s
100 ms 以上 10 s 未満	0.000 3 s

■ 校正手数料

例 10 s 校正点 1 点の場合

基本料金 7,200 円

点数料金 1,400 円

合 計 8,600 円

(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>