

天秤・はかりの JCSS 校正等

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。*

※ JCSS校正のみ該当

■ 対象測定器

天秤



はかり



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正の種類	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)	
		恒久的施設校正	巡回校正（出張校正）
JCSS校正	1 g 以上 50 g 以下	0.074 mg	0.11 mg
	50 g 超 80 g 以下	0.12 mg	0.19 mg
	80 g 超 220 g 以下	0.22 mg	0.34 mg
	220 g 超 500 g 以下	1.9 mg	2.0 mg
	500 g 超 1200 g 以下	0.015 g	0.015 g
	1200 g 超 12 kg 以下	0.13 g	0.13 g
	12 kg 超 30 kg 以下	0.28 g	0.32 g
	30 kg 超 60 kg 以下	1.7 g	1.7 g
一般校正	60 kg 超 100 kg 以下	お問い合わせください。	お問い合わせください。

校正品の内容によっては、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 はかり 1台（ひょう量 220 g 目量 1 mg）の場合
料 金 18,700 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>