

# シックネスゲージのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APLACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

シックネスゲージ（厚み測定器）



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
恒久的施設校正	50 mm 以下	0.010 mm
巡回校正（出張校正）	25 mm 以下	0.010 mm

端子構造によって、校正できない場合があります。  
巡回校正（出張校正）もご対応しております。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 シックネスゲージ 1個 の場合（セット校正）

料 金 2,400 円 （校正証明書を含む。税別）