

JEMIC 技能試験プロトコル

2026 年度標準抵抗器技能試験用

1 プロトコルの説明

この技能試験プロトコルは、2026 年度標準抵抗器技能試験に参加する事業者（以下「参加事業者」という。）が技能試験を受ける際の注意事項、校正を実施する際の校正条件等について記載したものです。

技能試験前によくお読みいただき、プロトコル記載事項に注意して校正等を実施してください。

2 使用する仲介器等

(1) 仲介器

- ① 標準抵抗器 1 Ω ASR-1R0 形 (アルファ・エレクトロニクス製)
- ② 標準抵抗器 1 kΩ ASR-102 形 (アルファ・エレクトロニクス製)

(2) 付属品

- ① JEMIC 技能試験プロトコル
- ② JEMIC 技能試験プログラム

<仕様>

形 式	公称 抵抗値	抵抗温度係数	経年変化	定格電力	端子数	重量
		ppm/°C	ppm/year	W		
ASR-1R0	1 Ω	±0.2	±3	0.5	5	約 2.5 kg
ASR-102	1 kΩ	±0.2	±3	0.1	5	約 2.5 kg

3 仲介器の搬入

- (1) 事務局が契約した日本通運株式会社又はその関連会社によって、搬入日（予定）に参加事業者へ輸送箱に納めた仲介器及び付属品をお届けします。

参加受付時にご連絡した搬入日（技能試験期間）に変更がある場合は、事務局から参加事業者及び日本通運株式会社又はその関連会社へご連絡します。

- (2) 仲介器の搬入後、梱包された仲介器及び付属品が「仲介器受取連絡票」に記載のとおりであることを確認（✓記号を記入）してください。ただし、周囲温度等の影響により、搬入後まもなく開梱しますと、仲介器が結露する場合があるので、周囲温度等に注意しながら実施してください。

- (3) 仲介器及び付属品の確認後、「仲介器受取連絡票」に必要事項をご記入の上、電子メール等にて事務局まで送付してください。

万一、仲介器の故障、輸送のトラブル等があった場合には、速やかに事務局までご連絡ください。

4 校正

- (1) 仲介器の校正は、割り当てられた技能試験期間中に、お申込みいただいた校正ポイントについて実施してください。

- (2) 原則として校正の方法は、「5 校正条件」を遵守してください。
 ただし、「5 校正条件」と異なる条件で校正を実施した場合は、その旨を技能試験結果報告書に記載してください。(「8 技能試験結果報告書記入時の注意点(5)」参照)。
 その他については、参加事業者が通常使用している校正手順書(登録事業者は、登録された校正手順)に従って行ってください。
 なお、通常より測定回数を増やす等の手順の変更はしないようにしてください。
- (3) 校正中に異常があった場合は、速やかに事務局まで連絡してください。

5 校正条件

- (1) 気中の抵抗値を測定してください。
 参考：参照機関の環境条件 温度 23.0 °C ± 0.5 °C 湿度 50 % ± 5 %
- (2) 測定電圧及び測定電流は、参加事業者の校正手順書に従って行ってください。
 ただし、下記の最高使用電圧値及び最高使用電流値以下であること。

形式	公称抵抗値	端子数	最高使用電圧	最高使用電流	参考：参照機関	
					測定電圧	測定電流
ASR-1R0	1 Ω	5	0.70 V	707 mA	—	31 mA
ASR-102	1 kΩ	5	10.0 V	10.0 mA	—	3 mA

6 仲介器の搬出

- (1) 搬出日(予定)に事務局が契約した日本通運株式会社又はその関連会社が、仲介器の引取りに伺います。日本通運株式会社又はその関連会社には、ご担当者名を事前にお伝えてしておりますので、万一、ご担当者が不在の場合でも、代理者を立てるなど間違いなく引取りができるようご配慮ください。
- (2) 仲介器及び付属品が「仲介器搬出連絡票」に記載のとおりであることを確認し(✓記号を記入)、受取時と同様に梱包した状態で日本通運株式会社又はその関連会社の方にお渡しください。
 なお、輸送中に輸送箱の蓋が開かないように、布テープの貼付や、PPバンドの巻き付け等を施してください。
- (3) 仲介器の搬出(発送)後速やかに、「仲介器搬出連絡票」に必要事項をご記入の上、電子メール等により事務局まで送付してください。
 なお、日本通運株式会社又はその関連会社への指示は事務局が行いますので、伝票記入などの手続きは一切必要ありません。

7 事務局への結果報告

- (1) 提出書類は、下記のとおりです。
- ① JEMIC 技能試験結果報告書
 校正結果、校正の手順書名及び校正条件等を記入したもの
 - ② 技能試験結果に対する校正証明書^{※1}(通常顧客に発行しているもの)
 ※1 登録事業者は、JCSS 校正証明書(サンプルでも可)
 校正証明書の宛名 「日本電気計器検定所 技能試験事務局」
 - ③ 各校正における不確かさの見積もり表(バジェット表)
- (2) 「JEMIC 技能試験結果報告書」の用紙は、弊社ホームページからダウンロードし

て、ご利用ください。

②、③は、参加事業者で準備・作成してください。

- (3) 「JEMIC 技能試験結果報告書」に必要事項をご記入の上、その他提出書類を添えて各参加事業者の技能試験期間終了後、JEMIC 15 営業日以内に、電子メール等により事務局まで送付してください。

なお、一度送付された提出書類の差し替えについては、変造防止の観点から原則として認めておりませんのでご注意ください。ただし、提出された結果報告書等に不備があった場合には、再提出をお願いすることがあります。

8 技能試験結果報告書記入時の注意点

- (1) 「JEMIC 技能試験結果報告書」は、「記入例」を参考にご記入の上、提出してください。

また、「JEMIC 技能試験結果報告書」に記入する数値の桁数は、校正証明書に記載する数値の桁数に合わせてください。

- (2) 結果報告書に参加事業者名、使用した仲介器の製造番号、技能試験期間（搬入日～搬出日）、報告日、報告者及び受理番号を記入してください。

なお、受理番号は、技能試験事務局から連絡する「技能試験参加受付連絡書」に記載しています。

- (3) 校正結果の記入方法について

校正証明書の記載方法が異なる場合であっても、 E_n スコアの算出条件を統一するため、「JEMIC 技能試験結果報告書」の「(1) 校正結果」は、以下の事項を守って報告してください。

なお、提出書類「技能試験結果に対する校正証明書」は、通常顧客に発行している記載方法でかまいません。

① 「①校正值」には、校正証明書に記載した校正值を記入してください。

② 「②公称値」には、校正ポイントの公称値が記入してあります。

③ 「③差（校正值－公称値）」には、「①校正值」から「②公称値」を減じた値を記入してください。

④ 「④拡張不確かさ」には、通常校正証明書に記載する又は記載しようとする拡張不確かさを絶対値に換算して記入してください。この値を E_n 数算出式の U_{lab} とします。

⑤ 「⑤包含係数」には、「④拡張不確かさ」を求めたときの包含係数を記入してください。

⑥ 「⑥校正測定能力」には、登録した又は登録しようとする校正測定能力^{※2}を記入してください。

※2 申請中事業者又は申請予定事業者は、登録しようとする校正測定能力を記入してください。

- (4) 「JEMIC 技能試験結果報告書」の「(2) 校正の手順書」には、実際に今回の技能試験に使用した校正手順書の文書の名称、文書の識別（番号・記号等）、文書制定日（改訂した場合は最新改訂日も併記）及び文書の版数を記入してください。

- (5) 「JEMIC 技能試験結果報告書」の「(3) 校正条件等」には、実際に校正を実施した測定電圧、測定電流及び校正場所の環境条件（温度及び湿度）並びにその他校正結果に対する校正条件等の特記事項があれば記入してください。

なお、結果報告書に記入しきれない場合には、別紙を添付してください。