

特定計量器型式承認

日本電気計器検定所公示第 2025-5 号

電気計器の型式について、2026 年 1 月 27 日次のように承認したので、計量法（平成 4 年法律第 51 号）第 159 条第 4 項の規定により公示する。

2026 年 1 月 28 日

日本電気計器検定所
理事長 赤穂 敏之

型式承認番号	計器の種類	型の記号	事業者名	使用回路の相及び線式	定格値			
					電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	需要時限 (分)
第 5098 号	普通電力量計	AB5-T	大崎電気工業株式会社	交流単相3線式	100	250	50、60	-
第 5099 号	普通電力量計	AC5-T	大崎電気工業株式会社	交流三相3線式	200	250	50、60	-
第 5100 号	特別精密電力量計	WH3ED-T	三菱電機株式会社	交流三相3線式	110	5	50、60	-
第 5101 号	無効電力量計							-
第 5102 号	最大需要電力計							15、30
第 5103 号	最大需要電力計							15、30
第 5104 号	精密電力量計	WP3ET-T	三菱電機株式会社	交流三相3線式	110	5	50、60	-
第 5105 号	無効電力量計							-
第 5106 号	最大需要電力計							15、30
第 5107 号	最大需要電力計							15、30
第 5108 号	普通電力量計	WM3ER-T	三菱電機株式会社	交流三相3線式	110	5	50、60	-
第 5109 号	無効電力量計							-
第 5110 号	最大需要電力計							15、30
第 5111 号	最大需要電力計							15、30