

標準分流器、分流器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APAC の MRA（相互承認）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準分流器



■ 主な定格・仕様


定格	端子構造
0.001 Ω、0.01 Ω、0.1 Ω	4 端子

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
100 A 以下 1 A 以上	70 ppm
1 000 A 以下 100 A 超	95 ppm

端子構造によって、校正できない場合があります。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 関西支社 標準課

〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北一丁目 6 番 110 号

TEL : 06-6451-2356 FAX : 06-6451-2360

E-Mail : kousei-osk@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>