


# 交流分流器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

交流分流器



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ( $k=2$ )
3 000 A 以下 50 A 以上 (周波数 50 Hz 及び 60 Hz)	0.4 %

出力電圧の最小は、10 mV です。  
端子構造によって、校正できない場合があります。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 校正点が交流電流 1 000 A 1 点の場合

基本料金	47,000 円	
点数料金	7,000 円	(7,000 円 × 1 点)
合計	54,000 円	(校正証明書を含む。税別)