

NEW

接地抵抗計の JCSS 校正

Mutual
Recognition
Arrangement
MRA
対応

JCSS校正証明書は、IATF 16949、UL規格及び各種安全規格に対応できます。
校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

接地抵抗計、アーステスタ



画像提供：横河計測株



画像提供：日置電機株

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
1 Ω 以上 1 000 Ω 以下	5.0 %

※測定周波数は直流～交流1 kHz の範囲

端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 校正点が1点の場合

基本料金	2,900 円	
点数料金	700 円	(700 円×1点)
合計	3,600 円	(校正証明書を含む。税別)

日本電気計器検定所 中部支社 標準課

〒487-0014 愛知県春日井市気噴町三丁目5番地7

TEL : 0568-53-6336 FAX : 0568-53-6337

E-Mail : kousei-cub@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>

