

# クランプメータの JCSS 校正

JCSS校正証明書は、IATF 16949、UL規格及び各種安全規格に対応できます。  
校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

クランプメータ（クランプ式デジタル交流電流計等）

※専用の測定治具をクランプ可能な測定器が対象となります。



クランプメータは、簡便に回路の電流を測定できる保安管理上、重要な測定器です。

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
交流電流	500 A 以下 10 mA以上 周波数：50 Hz、60 Hz	0.7 % + 0.04 A

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 電流 100 A、75 A、50 A、周波数 60 Hzの場合

基本料金	2,900 円	
点数料金	2,100 円	(700 円 × 3 点)
合計	5,000 円	(校正証明書を含む。税別)