

バッテリーテスタ（交流抵抗）の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

バッテリーテスタ等



■ 校正測定能力

■ 交流抵抗

校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準 約95%）
1 kHz	100 kΩ	0.002 %
	10 kΩ	0.004 %
	1 kΩ	0.004 %
	100 Ω	0.004 %
	10 Ω	0.007 %
	1 Ω	0.009 %
	100 mΩ	0.01 %
	10 mΩ	0.02 %

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>