

周波数発生器・周波数測定器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

周波数発生器

周波数カウンタ

周波数カウンタのタイムベース（源発振）の校正も可能です。



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ（ $k = 2$ ）
10 MHz 以下 1 Hz 以上	2.4×10^{-7} （相対拡張不確かさ）

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原二丁目1番40号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>