

周波数発生器・周波数測定器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

周波数発生器
周波数カウンタ

周波数カウンタのタイムベース（源発振）の校正も可能です。




■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
100 MHz 以下 1 Hz 以上	3.0×10^{-10} (相対拡張不確かさ)

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>