

ストップウォッチのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ストップウォッチ



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲		校正の不確かさ ($k = 2$)
歩度（一日当たりのずれ※1） （水晶発振子の周波数 32.768 kHzのものに限る。）		0.023 s
時間間隔 （押しボタンのオン・オフ時間）	1 s 以上 3 600 s 以下 （600 s以上は要相談）	0.09 s

※ 一般的に時計の精度は、歩度（日差）であらわされます。歩度とは、24時間測定のずれを表しています。

■ 校正手数料

例 歩度（一日当たりのずれ）による校正の場合

校正手数料 4,500 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 関西支社 標準課

〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北一丁目6番110号

TEL : 06-6451-2356 FAX : 06-6451-2360

E-Mail : kousei-osk@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>