

# ミリセコンドカウンタのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

ミリセコンドカウンタ



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
10 s 以上 60 s 以下	0.001 s
100 ms 以上 10 s 以下	0.000 1 s

※ 60 s 超過の校正は、一般校正となります。

## ■ 校正のご利用方法

