

# ミリセコンドカウンタのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

### ミリセコンドカウンタ



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
10 s 以上 60 s 以下	0.003 s
100 ms 以上 10 s 未満	0.000 3 s

## ■ 校正手数料

例 10 s（不確かさ0.003 s）校正点 1 点の場合

基本料金 7,200 円

点数料金 1,400 円

---

合計 8,600 円

（校正証明書を含む。税別）