

ミリセコンドカウンタのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ミリセコンドカウンタ



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
10 s 以上 60 s 以下	0.003 s
100 ms 以上 10 s 未満	0.000 3 s

■ 校正のご利用方法

