



非接触式回転計のJCSS校正



校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

非接触式回転計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	表示分解能	校正の不確かさ ($k = 2$)
60 rpm以上 100 000 rpm以下	0.01 rpm	4 ppm + 0.02 rpm
	0.1 rpm	4 ppm + 0.2 rpm
	1 rpm	4 ppm + 2 rpm

■ 校正手数料

例 100 rpm 校正点 1 点の場合

基本料金 7,200 円

点数料金 1,400 円

合計 8,600 円

(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原二丁目1番40号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp URL : <http://www.jemic.go.jp>