

# 非接触式回転計のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

### 非接触式回転計



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	表示分解能	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
60 rpm以上 100 000 rpm以下	0.01 rpm	4 ppm + 0.02 rpm
	0.1 rpm	4 ppm + 0.2 rpm
	1 rpm	4 ppm + 2 rpm

## ■ 校正のご利用方法

