

非接触式回転計のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

非接触式回転計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
1 rpm 以上 50 000 rpm 以下	0.060 rpm
50 000 rpm 超 100 000 rpm 以下	0.065 rpm

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さいものを記載しております。

■ 校正のご利用方法



お問い合わせ

見積書作成

お申し込み

校正

納品



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6760 FAX : 03-3451-4702

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>