

直流変流器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

電流センサ等



センサ単体と表示器との組み合わせも校正可能です（マルチメータ、パワーメータなど）。

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
直流電流	2 000 A 以下	120 ppm

特殊な形状の電流センサ等は、校正できない場合もありますので、ご相談ください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 校正点が直流電流 1 000 A 1 点の場合

基本料金	35,000 円	
点数料金	6,800 円	(6,800 円 × 1 点)
合計	41,800 円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>