

標準磁石のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準磁石



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
直流磁束密度 2.5 T 以下 0.5 mT 以上※1	0.07 %※2

※1 本体形状等によって、校正できない校正範囲を含む場合があります。

※2 校正の不確かさは、校正範囲内における一例を記載しています。

■ 校正のご利用方法

