

# 磁束計のJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

磁束計、フラックスメータなど



フラックスメータ

## ■ 校正測定能力

校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準 約95%)
1 mWb以上1 Wb以下	1.0%
100 $\mu$ Wb以上1 mWb未満	2.0%

## ■ 校正のご利用方法

