

指示計器付温度計の一般校正

校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています。

■ 対象測定器

デジタル温度計（センサ付属）



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正品条件（センサの条件）	校正の不確かさ ($k = 2$)
指示計器付温度計 (センサ：熱電対、抵抗温度計等)	-30℃以上 150℃以下	外形9.7 mm以下、長さ140 mm以上	0.10℃

※ 上記の条件を満たす場合でも、校正できないことがあります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 指示計器付温度計（センサ Pt100、100℃）校正点1点の場合

基本料金	20,000 円	
点数料金	3,500 円	(3,500 円×1点)
合計	23,500 円	(校正証明書を含む。税別)

日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目1番40号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>

