

サーモグラフィの校正

■ 対象測定器

サーモグラフィ 熱画像装置



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
-30 °C 以上 50 °C 以下	2.0 °C
50 °C 超過 400 °C 以下	5.0 °C

ディスプレイに温度表示されているものに限ります。
 サーモグラフィの仕様によっては、校正できない場合があります。
 お問い合わせの際は、サーモグラフィの仕様(測定波長、検出器の種類、測定距離と標的サイズ等)をお知らせください。
 校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 60 °C 校正点1点の場合

基本料金	20,000 円	
点数料金	7,000 円	(7,000 円 × 1 点)
合計	27,000 円	(校正証明書を含む。税別)