

温度計校正装置の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

温度計校正装置、電子冷却式基準接点装置

校正範囲	温度計挿入口径
-40 °C 以上 250 °C 以下	3.2 mm 超過 ~ 7 mm 以下、挿入長 80 mm 以上



◀ 温度計校正装置

電子冷却式基準接点装置 ▶




■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
温度計校正装置 電子冷却式基準接点装置	-40 °C 以上 250 °C 以下	0.060 °C

※均熱ブロックが特殊形状の場合は、校正できないことがあります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さいものを記載しています。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目1番40号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>