

露点計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

露点計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
光学式露点計	露点 -10 °C以上 50 °C以下	露点 0.17 °C
	露点 50 °C超 85 °C以下	露点 0.27 °C
静電容量式露点計	露点 -10 °C以上 48 °C以下	露点 0.21 °C
	露点 48 °C超 83 °C以下	露点 0.51 °C
電子式湿度計	露点 -10 °C以上 48 °C以下	露点 0.21 °C
	露点 48 °C超 83 °C以下	露点 0.51 °C

端子構造によって、校正できない場合があります。
湿度表示及び温度表示の校正につきましては、別途ご相談ください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 露点計 1個の場合 セットA校正（露点-10 °C、0 °C、10 °C、20 °C、23 °C）

セットA校正 90,500 円 （校正証明書を含む。税別）

セット校正以外は、基本料金+点数料金となります。
校正露点及びセット校正の内容によって、セット校正の料金、基本料金及び点数料金が異なります。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>