

露点計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

露点計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準 約95%)
露点計	霜点 -30 °C以上 -10 °C以下	霜点 0.25 °C
	露点 -10 °C以上 85 °C以下	露点 0.17 °C
電子式湿度計 (静電容量式露点計含む)	露点 -10 °C以上 48 °C以下	露点 0.20 °C
	露点 48 °C超 83 °C以下	露点 0.38 °C

端子構造によって、校正できない場合があります。
湿度表示及び温度表示の校正につきましては、別途ご相談ください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

