

電子式湿度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

電子式湿度計



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準 95 %)
校正温度 5 °C以上 85 °C以下 において	相対湿度 10 %以上 50 %以下 *	相対湿度 0.8 %
	相対湿度 50 %超 90 %以下	相対湿度 1.2 %

*ただし、露点-10 °C以上の相対湿度

構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しているため、
校正温度によって異なる場合があります。

■ 校正のご利用方法

